

Lisa 6. Meditsiinilise lambanaha standard

Meditsiinilise lambanaha standardi on välja arendanud Austraalia teadlased (Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation). Lambanahk peab vastama kindlale standardile ja villaspetsifikatsioonile. Lambanaha hooldamise ja pesemise juhised on üleval tootja kodulehel (<http://www.medicalsheepskins.com/washing-drying-sheepskin/>).

- Lähimõõt on 26–34 µm.
- Villakiu pikkus on vähemalt 25 mm.
- Villakiud on ühtlaselt tihedad.
- Villa värv on roheline (vastab Pantone värvi samastamise süsteemile).
- Villa värv säilib pärast pesemist.

